

Приложение №1
к запросу ценовых предложениям

№ Лота	Наименование	Ед.	Кол-во	Цена тенге	Сумма тенге	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)
1	<p>Сточный монитор артериального давления для отслеживания эпизодического повышения артериального давления при физической и психоэмоциональной активности (СМАД) для 24/27/48/51-часового мониторинга; Возможность пошагового выкачивания воздуха для комфорта пациента; Широкий и удобный для просмотра экран; Наличие отображения уровня напряжения батареи на экране; Беспшумное управление и легкий вес регистратора; Возможность остановки и измерения артериального давления нажатием на кнопку в любое удобное время, пока наполняется манжета; Возможность дополнительного измерения артериального давления вручную, результат измерения с отметкой о том, что оно выполнялось вручную, должно сохраняться в памяти прибора; Быстрая связь между устройством и ПК; Анализ кровяного давления; Наличие графической и табличной интерпретации; простой, короткий, и в то же время полностью понятный отчет; Присутствие в аппарате многочисленных функций безопасности пациента; Соответствие стандартам BHS и AAMI; Наличие автоматическая интерпретация артериального давления в соответствии с ANA, NICE, NHFA; Обследование: Слежение за кровяным давлением в течение 24-, 27-, 48- или 51 часов, с регулярными интервалами, установленными доктором. При настройке измерительных интервалов возможность использовать высокий уровень гибкости. Можно производить дополнительные измерения. Наличие кнопки день/ночь для регулировки измерения в зависимости образа жизни пациента. Возможность отмечать значимые события вручную. Внутренняя память должна содержать место не менее 600 измерений; Оценка: После обследования, измеренные данные передаются с устройства в ПК через высокоскоростной оптический кабель, соединенный через USB порт. Фактически, Холтер должен подключаться к любому компьютеру. Программа должна автоматически производить детальный анализ значений кровяного давления, с графической и табельной интерпретацией результатов обследования. Функции вывода данных и отчетности должны быть простые и понятные. Точность алгоритма, используемого в устройстве, должна быть клинически проверена на предмет соответствия критериям BHS и AAMI; Печать: Окончательный печатный отчет, при необходимости, может быть обзорным и может включать комментарии доктора; Возможность экспорта данных из</p>	Штука	1	1 550 000	1 550 000	<p>DDP г. Алматы мкр.Жулдыз 1,5 В срок поставки в течение 45 календарных дней</p>

<p>исследования в формате MS Ecel; Измеряемые данные: систолическое АД, диастолическое АД, частота сердечных сокращений; Вычисляемые данные: пульсовое давление крови, среднее гемодинамическое артериальное давление, усредненные значения, степень ночного снижения (СНС) или суточный индекс, индекс времени гипертензии, индекс времени гипотензии, нагрузка гипертензией, нагрузка гипотензией, подъем АД в утренние часы, вариабельность АД.</p> <p>Метод мониторинга кровяного давления осциллометрический, пошаговое выкачивание</p> <p>Емкость памяти не менее 600 позиций</p> <p>Точность ± 3 мм Hg или 2 % от измеряемого значения Применяемые манжеты стандартный, большой, маленький. Возможность передачи данных в ПК через оптический кабель.</p> <p>Сеть питания AA, 2 \times 1.5 V</p> <p>Размеры не более 98 \times 69 \times 29 мм</p> <p>Вес не более 190 г без батареек</p> <p>Стандарты BHS (British Hypertension Society), AAMI</p> <p>Безопасность Класс II в соответствии IEC 536</p> <p>Наличие регистрации в реестре ИМН и МТ Министерства Здравоохранения РК.</p> <p>Наличие регистрации в реестре средств измерений ГСИ РК; Гарантия на оборудование: не менее двух лет на основной прибор, 6 месяцев на кабели и провода с момента ввода в эксплуатацию. Сервисное обслуживание: сервисный центр в г. Алматы. Доставка, установка, обучение на рабочем месте. Руководство пользователя на русском и государственном языках.</p> <p>Комплектация:</p> <p>Основной прибор не менее - 1 шт., сумка с фиксирующим ремнем не менее - 1 шт., кабель интерфейс не менее - 1 шт., стандартная манжета для взрослых не менее - 1 шт., перезарядные батарейки не менее - 8 шт., зарядное устройство не менее - 1 шт., программное обеспечение не менее - 1 шт.</p>					1 550 000
ИТОГО					



Внимание Всем потенциальным поставщикам! Товар будет приниматься СТРОГО по технической спецификации!

Главный врач

Г.Кенжебекова