



Баға ұсыныстарын сұрату тәсілі арқылы тауарларды сатып алу туралы хабарландыру №7

Алматы қ-сы

«22» маусым 2021 ж.

Тапсырыс беруші: ШЖҚ «№ 20 қалалық емхана» МКК ҚДБ Алматы қ-сы
Мекен жайы : Алматы қ-сы, Ықшам ауданы Жұлдыз-1, үй 5В

№	Халықаралық патент телмеген атаулары	Сипаттамасы	Өлшем бірлігі	Көлемі	Бірліктің бағасы, теңге	Сатып алуға мақұлданған жалпы сома, теңге
1	УВЧ-терапия аппараты	Тербелістердің УВЧ жиілігі: 27,120 + 0,163 МГц. Құрылғының шығыс қуатын реттеудің 7 кезені: 10-нан 80 Вт-қа дейін. Модульдейтін импульстердің ұзақтығы: 100:400 мкс аппаратты барлық қуат сатыларында резонансқа баптау автоматты түрде баптау кезіндегі шығу қуатының қолмен реттеуден айырмашылығы: 15% артық емес номиналды кернеу: 220 В айнымалы ток желісінің жиілігі: 50 Гц қосу сәтінен бастап жұмыс режимін белгілеу уақыты 3 мин орнатылған тоқтаусыз жұмыс істеу 9 Электра ұстаушыларсыз кемінде 5000 сағат жұмыс уақыты ең жоғары қуат кезінде 6 сағат жұмыс уақыты 440 ВА желіден тұтынылатын қуат габариттік өлшемдер 350x554x355 ММ. аппараттың массасы 25 кг	дана	1	1 120 000,00	1 120 000,00
2	Дарсонвализация және ультратональды терапия аппараты	Желіні электрмен қоректендіру -220 в, 50 ГЦ желіден тұтынылатын қуат 80в астам емес кГЦ жоғары жиілікті тербелістерінің жиілігі 110 * 8,25 модуляциялайтын импульстердің ұзақтығы мкс100 Гц импульстердің өту жиілігі 50 жұмыс электродтарының саны дана 8, электродтардан ұшқынның максималды ұзындығы, мм 25 габарит, ұзындығы, ені, биіктігі мм артық емес 380*300*160 құрылғының массасы кг 7	дана	1	965 000,00	965 000,00
3	ЭЖЖ талдағышы	Эритроциттердің шөгу жылдамдығын талдаушы эритроциттердің шөгу жылдамдығы туралы деректерді мм / сағ. көрсететін шөгу жылдамдығын автоматты талдаушы болып табылады. Үлгілерді орналастыру үшін тік дөңгелекте бір уақытта 20 пробиркаға дейін орналастыруға болады. Өнімділік: сағатына 180 сынақ. Ішкі штрих-код оқу құралы, ішкі принтер. Жүйелік интерфейс: желілік зертханалық ақпараттық жүйеге қосылу үшін RS232 DB9 сериялы деректерді шығару порты. Нәтижеге дейінгі уақыт: түтіктерді 6 минут ішінде автоматты түрде алдын ала араластыру. Үлгілер: сынақ үшін қажетті үлгі көлемі бүкіл қанның 100 мкл құрайды (өлі көлем - 500 мкл) Пайдалану шарттары 10-нан 30 С-қа дейін . Сақтау және тасымалдау шарттары-20-дан 65 С дейін Ылғалдылық 15% - дан 85% - ға дейін (конденсациясыз). Қуат көзі 100-240 В айнымалы ток. Тұтынылатын қуаты 160 Вт, Жиілігі 50-60 Гц, Габариттік өлшемдері (Д x Ш x В) 36 x 27 x 34 см Салмағы 13,6 кг Анализатор Қазақстан Республикасында медициналық техника ретінде тіркелуі тиіс. Анализатор жиынтығына	дана	1	2 600 000,00	2 600 000,00

	пайдалану жөніндегі Нұсқаулық мемлекеттік және орыс тілдерінде берілуі тиіс.				
Барлығы					4 685 000,00

Барлық әлеуетті өнім берушілердің назарына! Өнім қатан техникалық сипаттамаға сәйкес қабылданады!

- 1. Жеткізу орны:** Алматы қ., Жұлдыз 1 ықшам ауданы, үй 5В, ШЖҚ «№ 20 қалалық емхана» МКК ҚДБ.
- 2. Жеткізу шарттары:** DDP ИНКОТЕРМС 2000
- 3. Құжаттарды қабылдау (қабылдау) орны және баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі:** ҚР, Алматы қ., Жұлдыз -1 ықшам ауданы, төртінші қабат 413 кабинет, (жұмыс уақыты 08 сағат 30 минуттан 17 сағат 30 минутқа дейін, түскі үзіліс 13 сағат 00 минуттан 14 сағат 00 минутқа дейін), 29.06.2021ж. 12 сағат 30 минутқа дейін.
- 4. Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу күні, уақыты және орны:** ҚР, Алматы қаласы, Жұлдыз-1 шағын ауданы, үй 5В, төртінші қабат, 413 кабинет, 29 маусым, 2021 жыл, 14 сағат 00 минутта.
- 5. Медициналық жабдықтарды жеткізу мерзімі:** шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнгізбелік күн .

Қосымша ақпарат пен анықтаманы 8 (727) 3331446 телефоны бойынша алуға болады

108 тармаққа сәйкес «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларына сәйкес тегін медициналық көмектің кепілді көлемін көрсету» Әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін желімделген түрде тек бір баға ұсынысын ғана береді. Конверт денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша баға ұсынысын тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдері арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Сатып алынатын медициналық техникаға келесі талаптар қойылады:

- 1) Кодексте көзделген жағдайларда Қазақстан Республикасының аумағына әкелу үшін медициналық техниканың Қазақстан Республикасында тіркелуінің немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган қорытындысының (рұқсат беру құжатының) болуы. Тіркеу тіркелгенін растайтын құжаттың көшірмесімен немесе электрондық-цифрлық қолтаңбамен куәландырылған мемлекеттік тізілімнің ақпараттық ресурсынан үзіндімен расталады. Тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;
- 2) медициналық техниканы таңбалау, тұтыну қаптамасы, қолдану жөніндегі Нұсқаулық және пайдалану құжаты Кодекстің және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіптің талаптарына сәйкес келеді;
- 3) медициналық техника денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес оның қауіпсіздігінің, тиімділігі мен сапасының сақталуын қамтамасыз ететін жағдайларда сақталады және тасымалданады;
- 4) медициналық техника жана, бұрын пайдаланылмаған, жеткізу сәтінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңінде өндірілген болып табылады;
- 5) өлшем құралдарына жататын медициналық техника Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілген. Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі жүйесінің тізіліміне енгізу Техникалық реттеу және метрология саласындағы уәкілетті орган берген сертификаттың көшірмесімен расталады. Өлшем бірлігі жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Техникалық реттеу және метрология жөніндегі уәкілетті органның хатымен расталады.
- 6) Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын беруі сұрау салудың және сатып алудың үлгі шартының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарттың талаптарын сақтай отырып, оның тауарды беруді жүзеге асыруға немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге келісімін білдіру нысаны болып табылады.

Бас дәрігер



Кенжебекова Г.К.

Келісілді: Бас мейірбике Багаева Т.С.
 МДҰ меңгерушісі: Утарбаева И.К.
 Аға медбике: Дабыл А.М.
 Орындаушы: Мемлекеттік сатып алу жөніндегі маман
 Абилдаева А.Е.
 8 727 -333- 14- 46



Алматы қаласы, Жұлдыз-1 ы-а, 5в
Тел: (727) 333-14-46, gorpol_20@mail.ru

город Алматы, мкр. Жұлдыз-1, 5в
Тел: (727) 333-14-46, gorpol_20@mail.ru

Объявление №7
о проведении закупок товаров способом запроса ценовых предложений

г.Алматы

«22» июня 2021 г.

Наименование Заказчика: КГП на ПХВ «Городская поликлиника №20» УОЗ г. Алматы
Адрес Заказчика: г. Алматы, мкр. Жұлдыз-1, дом 5В

№	Международные непатентованные наименования	Характеристика	Ед.изм	Кол-во, объем	Цена за ед.в тенге	Общая сумма, утвержденная для закупки, тенге
1	Аппарат УВЧ – терапии	Частота УВЧ колебаний:27,120+0,163 мГц. 7 ступеней регулирования выходной мощности аппарата :от 10 до 80 Вт. Длительность модулирующих импульсов: 100:400 мкс настройка аппарата в резонанс на всех ступенях мощности автоматическая отличие выходной мощности при автоматической настройке от ручной: не более 15 % номинальное напряжение: 220 В частота сети переменного тока: 50Гц время установления рабочего режима с момента включения 3 мин установленная безотказная наработка 9 без Электра держателей не менее 5000 ч время работы при максимальной мощности 6 ч мощность потребляемая от сети 440 ВА габаритные размеры 350x554x355 мм. масса аппарата 25 кг	штук	1	1 120 000,00	1 120 000,00
2	Аппарат дарсонвализации и ультратональной терапии	Электропитание сети -220 В, 50 ГЦ Мощность потребляемая из сети не более 80ВА Частота высоко частотных колебаний Кгц 110*8,25 Длительность модулирующих импульсов мкс100 Частота следования импульсов ГЦ 50 Число рабочих электродов шт 8 , Максимальная длина искры с электродов, мм 25 Габаритов: Длина, ширина , высота мм не более 380*300*160 Масса: прибора кг 7	штук	1	965 000,00	965 000,00
3	Анализатор СОЭ	Анализатор скорости оседания эритроцитов представляет собой автоматический анализатор скорости оседания, который отображает данные о скорости оседания эритроцитов в мм/час. В вертикальное колесо для размещения образцов можно одновременно поместить до 20 пробирок. Производительность: 180 тестов в час. Внутренний считыватель штрих кодов, внутренний принтер. Системный интерфейс: Порт с последовательным выводом данных RS232 DB9 для соединения с сетевой лабораторной информационной системой. Время до результата: Автоматическая предварительное перемешивание пробирок в течение 6 мин. Образцы: Необходимый объем образца для испытания составляет 100 мкл цельной крови (мертвый объем — 500 мкл) Эксплуатационные условия от 10 ° до 30 °С . Условия хранения и транспортировки от -20 ° до 65 °С Влажность от 15% до 85% (без конденсации). Источник питания 100–240 В переменного тока. Потребляемая мощность 160 Вт, Частота 50–60 Гц, Габаритные размеры (Д х Ш х В) 36 x 27 x 34 см Вес 13,6 кг Анализатор должен быть зарегистрирован в Республике Казахстан в качестве медицинской техники. В комплект анализатора должна предоставляться инструкция по	штук	1	2 600 000,00	2 600 000,00

	эксплуатации на государственном и русском языках.				
Всего					4 685 000,00

Внимание Всем потенциальным поставщикам! Товар будет приниматься СТРОГО по технической спецификации!

- Место поставки:** РК, КГП на ПХВ «Городская поликлиника №20» Управления общественного здоровья города Алматы, мкр-н Жулдыз 1,5В.
- Сроки поставки:** Со дня подписания договора 30 календарных дней.
- Условия поставки:** DDРИНКОТЕРМС 2000
- Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений:** РК, г.Алматы, мкр-н Жулдыз 1,5 В четвертый этаж, кабинет 413(режим работы с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 мин; обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 мин)., до 29.06.2021 г. 12 часов 30 минут.
- Дата и время вскрытия ценовых предложений:** РК, г.Алматы, мкр-н Жулдыз 1,5В четвертый этаж, кабинет 413 в 14 часов 00 минут, 29 июня 2021 года.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727) 333-14-46

Согласно п.108 «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

К закупаемой медицинской технике предъявляются следующие требования:

- наличие регистрации медицинской техники в Республике Казахстан или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;
- маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинской техники соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;
- медицинская техника хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;
- медицинская техника является новой, ранее неиспользованной, произведенной в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;
- медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, внесена в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии.
- Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Главный врач



Кенжебекова Г.К.

Согласовано :Гл медсестра Багаева Г.С.
 Заведующей ЛДО: Утарбаева И.К.
 Ст медсестра: Дабыл А.М.
 Исполнитель:Специалист по государственным закупкам
 Абилдаева А.Е.
 8 727 -333- 14- 46