

Протокол №6

подведения итогов закупа медицинской техники КГП на ПХВ «ГП №20» способом проведения тендера

г.Алматы

05.10.2023 г.

1. Наименование, краткое описание и цена закупаемой медицинской техники:

Наименование закупаемой медицинской техники	Краткое описание медицинской техники	Единица измерения	Количество, объём
Кресло гинекологическое с электромеханическими настройками (управлением)	Кресло для проведения гинекологических осмотров и выполнения различных гинекологических процедур. Кресло должно иметь не менее трех секций (головная, спинная, тазовая). Опоры для ног по Геппелю, со встроенными поручнями. Дополнительные комплектующие: поддон с держателем, кабель питания. Управление электромеханическими регулировками кресла посредством простой в управлении кабельной ножной педали	шт	1

2. Сумма закупа составляет 5 700 000 тенге

3. Наименование, местонахождение и квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки

На проведение закупа представлено одно ценовое предложение:

Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки
ТОО «Asian CS»	г. Алматы, ул. Тургут-Озала, д.237	ТОО «Asian CS» предоставило справку о регистрации юр.лица, копию устава, техническую спецификацию, гарантийное письмо на обеспечение тендерной заявки, документы о том, что обладает правоспособностью; является платежеспособным; не имеет налоговой задолженности; не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации.

4. Цена и условия тендерной заявки – 4 800 000 тенге. DDP.

5. Оценка и сопоставление тендерных заявок не производилось т.к. была представлена только одна тендерная заявка.

6. Основанием отклонения единственно представленной тендерной заявки является несоответствие условиям технической спецификации

7. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения тендерных заявок РЕШИЛА:






- признать тендер несостоявшимся по основанию отклонения тендерной заявки по причине несоответствия условиям технической спецификации:


1. По основному блоку (креслу): несоответствие количества секций кресла (головная спинная, тазовая), отсутствие специально выравнивающих винтовых опор для установки кресла в безопасном устойчивом положении и держателя для рулонов бумаги на обратной стороне секции, несоответствие технических параметров электромеханических регулировок и габаритных характеристик

2. По опорам для ног по Геппелю: отсутствие чехлов из искусственной кожи для ручных подпорок и бесступенчатой регулировки наколенников с помощью шарового шарнира

3. По комплектующим : отсутствие выдвижного поддона с держателем под сиденьем с возможностью наклона

Члены комиссии :


_____ Шалова М.К.

_____ Калиева И.Р.

_____ Кансеитова Б.Ж.

_____ Орумбаев С.Ж.

_____ Эскенбаева Г.Е.

Секретарь комиссии  _____ Нуралиев Н.М.